





	Кыргызский центр аккредитации	Процедура аккредитации ООС. Критерии оценки готовности калибровочных лабораторий к оказанию калибровочных услуг (до аккредитации)	КЦА-ПА12 ООС
---	-------------------------------------	--	--------------

Дата введения	№ изда ния	Весь док- т или № пунктов, прилож	Разработчик	Согласовано	Одобрено ТК ООС	Утверждено
01.12.2019	1		Момукулова А.	Таранчиева М. Момукулова А. Чуйтиева Э. Осмоналиева М.	ТК ЛАБ (48-6-19), ТК ОК (18-7-19), ТК ОС (34-6-19 от 22.11.2019г.	Чапаев Ж.Ж.
01.05.2021	2		Момукулова А. 	Таранчиева М.  Момукулова А. Чуйтиева Э.  Осмоналиева М. 	ТК ЛАБ (56-3-21 от 16.04.2021г.), ТК ОК (№ 20-1- 2021 от 19.04.2021 г.), ТК ОС (38-1- 2021 от 30.04.2021 г.)	Чапаев Ж.Ж. 

1. Введение

1.1 Настоящие Критерии оценки готовности калибровочных лабораторий к оказанию калибровочных услуг (до аккредитации) разработана на основании КЦА-ПЛ1 «Политика КЦА. Прослеживаемость результатов измерений» в соответствии с требованиями политики ILAC P-10 и международных стандартов ISO/IEC17025, ISO 15189, ISO/IEC17020, ISO/IEC17065, ISO/IEC17043, ISO 17034.

1.2 Настоящие Критерии оценки готовности калибровочных лабораторий к оказанию калибровочных услуг (до аккредитации) обязательны к применению калибровочными лабораториями, претендующими на признание результатов калибровки оборудования, применяемого и имеющего влияние на точность и достоверность получаемых результатов в целях обеспечения метрологической прослеживаемости представляемых результатов аккредитованных ООС и аккредитуемых ООС, а также членами ТК ЛАБ и соответствующим персоналом КЦА.

2 Обозначения и сокращения

В настоящей процедуре использованы сокращенные обозначения, расшифровка которых приведена ниже:

КР – Кыргызская Республика

КЦА – Кыргызский центр аккредитации

ООС – орган по оценке соответствия

ТК ЛАБ- технический комитет по аккредитации лабораторий

Издание	2	Дата введения	01.05.2021г.	стр. 1 из 6
---------	---	---------------	--------------	-------------

	Кыргызский центр аккредитации	Процедура аккредитации ООС. Критерии оценки готовности калибровочных лабораторий к оказанию калибровочных услуг (до аккредитации)	КЦА-ПА12 ООС
---	-------------------------------------	--	--------------

3 Цель и применение

3.1 Целью разработки настоящей процедуры является демонстрация метрологической прослеживаемости измерений через результаты калибровки оборудования ООС, представленные калибровочными лабораториями до их аккредитации в соответствии с международным стандартом ISO/IEC 17025 путем признания третьей стороной, т.е. национальным органом аккредитации КР - КЦА, учитывая важнейшую концепцию для обеспечения сопоставимости результатов измерений как на национальном, так и на международном уровне.

3.2 Заинтересованная Калибровочная Лаборатория (далее- КЛ) до ее аккредитации, претендующая на признание результатов калибровки оборудования, применяемого и имеющего влияние на точность и достоверность получаемых результатов в целях обеспечения метрологической прослеживаемости представляемых результатов должна соответствовать Критериям оценки готовности калибровочных лабораторий к оказанию калибровочных услуг (до аккредитации), описанным в Ф.КЦА-ПА12 ООС.1 (далее-Критерии).

3.3 КЛ должна заранее внести предложение Секретариату ТК ЛАБ о включении в проект программы заседания ТК ЛАБ вопрос о рассмотрении презентации по готовности КЛ к оказанию калибровочных услуг до ее аккредитации. После согласования Секретариатом ТК ЛАБ КЛ должна представить презентацию по форме Ф.КЦА-ПА12 ООС.1, вместе с отчетом и другими материалами (документы, записи, фото и т.д.), доказывающими выполнение Критериев.

3.4 Члены ТК ЛАБ заслушав и обсудив презентацию, отчет и других материалов КЛ принимают решения о готовности/не готовности КЛ, претендующей на признание результатов калибровки оборудования по выполнению требований Критериев в соответствии с установленным КЦА-ПЗЛАБ, порядком.

Издание	2	Дата введения	01.05.2021г.	стр. 2 из 6
---------	---	---------------	--------------	-------------

	Кыргызский центр аккредитации	Процедура аккредитации ООС. Критерии оценки готовности калибровочных лабораторий к оказанию калибровочных услуг (до аккредитации)	КЦА-ПА12 ООС
---	-------------------------------------	--	--------------

3.5 При положительном решении ТК ЛАБ, КЦА должен издать приказ о признании калибровочной услуги, оказываемой КЛ (до ее аккредитации) в соответствии с Критериями.

3.6 Установить, что срок признания калибровочных услуг, оказываемых КЛ (до ее аккредитации) в соответствии с Критериями должен быть не более 1 года, в течение этого срока КЛ должна представить заявку на аккредитацию в КЦА в соответствии с установленным КЦА-ПА1ООС порядком.

3.7 В приказе КЦА о признании калибровочных услуг, оказываемых КЛ (до ее аккредитации) в соответствии с Критериями согласно приложению А и должны быть отражены следующие данные:

- объекты калибровки;
- величина, свойство оборудования и /или стандартного образца;
- наименование КЛ и/или наименование организации в состав которой входит КЛ, где применимо;
- срок представления заявки КЛ на аккредитацию вместе с документами и копиями записей, указанными в КЦА-ПА 1 ООС.

3.8 КЦА обязан разместить в срок не более 3 рабочих дней с момента подписания приказа о признании калибровочных услуг, оказываемых КЛ (до ее аккредитации) в соответствии с Критериями в разделе «информация для органов по оценке соответствия» сайта КЦА.

Приложение А

Издание	2	Дата введения	01.05.2021г.	стр. 3 из 6
---------	---	---------------	--------------	-------------

	Кыргызский центр аккредитации	Процедура аккредитации ООС. Критерии оценки готовности калибровочных лабораторий к оказанию калибровочных услуг (до аккредитации)	КЦА-ПА12 ООС
---	-------------------------------------	--	--------------

Форма приказа о признании калибровочных услуг, оказываемых КЛ (до ее аккредитации) в соответствии с Критериями (Ф.КЦА-ПА12 ООС.А)

На основании решения ТК ЛАБ № _____ от _____, _____,
число, месяц, год

приказываю:

1. Признать _____
наименование КЛ и /или наименование организации в состав которой входит КЛ
(до ее аккредитации) с _____ услуги по калибровке
число, месяц, год
следующего оборудования в соответствии с «Критериями оценки готовности калибровочных
лабораторий к оказанию калибровочных услуг (до аккредитации)»:

(объект/ы калибровки; метрологические характеристики оборудования)

2. _____
Наименование КЛ, и/или наименование организации в состав которой входит КЛ
в срок не позднее _____ представить заявку на
число, месяц, год
аккредитацию **в течение 1 года в установленном порядке.**

3. _____ обеспечить размещение
Должность, отдел, Фамилия, И.О.
настоящего приказа в срок не более 3-х рабочих дней с момента его подписания в
соответствующем разделе сайта КЦА в целях обеспечения информированности
заинтересованных сторон.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

должность, отдел, Фамилия, И.О.

Директор _____
инициалы, фамилия

подпись

Согласовано:**

Зам. директора

Зав. соотв. отдела аккредитации ООС

Ознакомлены:**

по списку:

Лист информации о внесенных изменениях в редакции № 2

№ пункта, приложения	Предыдущая редакция	№ пункта, приложения	Новая редакция
Издание	2	Дата введения	01.05.2021г.
			стр. 4 из 6

	Кыргызский центр аккредитации	Процедура аккредитации ООС. Критерии оценки готовности калибровочных лабораторий к оказанию калибровочных услуг (до аккредитации)	КЦА-ПА12 ООС
---	-------------------------------------	--	--------------

п.3.7	В приказе КЦА о признании калибровочных услуг, оказываемых КЛ (до ее аккредитации) в соответствии с Критериями согласно приложению А и должны быть отражены следующие данные: - объекты калибровки; - величина, свойство оборудования и /или стандартного образца; - наименование КЛ и/или наименование организации в состав которой входит КЛ, где применимо; - срок признания калибровочных услуг, оказываемых КЛ (до ее аккредитации) в соответствии с Критериями;	п.3.7	В приказе КЦА о признании калибровочных услуг, оказываемых КЛ (до ее аккредитации) в соответствии с Критериями согласно приложению А и должны быть отражены следующие данные: - объекты калибровки; - величина, свойство оборудования и /или стандартного образца; - наименование КЛ и/или наименование организации в состав которой входит КЛ, где применимо.
Приложение А	1. Признать _____ наименование КЛ и /или наименование организации в состав которой входит КЛ (до ее аккредитации) с _____ число, месяц, год услуги по калибровке следующего оборудования в соответствии с «Критериями оценки готовности калибровочных лабораторий к оказанию калибровочных услуг (до аккредитации)»: _____ (объект/ы калибровки; метрологические характеристики оборудования) до _____ число, месяц, год 2. _____ Наименование КЛ, и/или наименование организации в состав которой входит КЛ в срок не позднее _____ число, месяц, год представить заявку на аккредитацию соответствия с КЦА-ПА 1 ООС. на	Приложение А	1. Признать _____ наименование КЛ и /или наименование организации в состав которой входит КЛ (до ее аккредитации) с _____ число, месяц, год услуги по калибровке следующего оборудования в соответствии с «Критериями оценки готовности калибровочных лабораторий к оказанию калибровочных услуг (до аккредитации)»: _____ (объект/ы калибровки; метрологические характеристики оборудования) 2. _____ Наименование КЛ, и/или наименование организации в состав которой входит КЛ в срок не позднее _____ число, месяц, год представить заявку на аккредитацию в течение 1 года в установленном порядке.

Лист ознакомления процедурой КЦА-ПА12 ООС с внесенными изменениями в редакции № 2

Ф.И.О	Дата	Подпись
Бегалиева Г.		
Айылчиева М.		
Джамакеева А.		
Жапарова Ж.		
Ибраева Б.		
Дюшеналиева Ч.		

Утвержденный вариант (Оригинал) находится в папке «Действующие документы» Сетевого окружения

Издание	2	Дата введения	01.05.2021г.	стр. 5 из 6
---------	---	---------------	--------------	-------------

	Кыргызский центр аккредитации	Процедура аккредитации ООС. Критерии оценки готовности калибровочных лабораторий к оказанию калибровочных услуг (до аккредитации)	КЦА-ПА12 ООС
---	--	--	---------------------

Издание	2	Дата введения	01.05.2021г.	стр. 6 из 6
---------	---	---------------	--------------	-------------